



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل



آزمایشگاه: دکتر بهرامی نژاد ۱۹۵۰

دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۲۲۱۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	WBC	۴.۱	۴.۲۷	۶.۲۵	-۰.۴۹	۳.۹۱%	جزئیات
۲	RBC	۳.۲۰	۳.۱۹	۲.۹۹	۰.۰۶	۰.۱۹%	جزئیات
۳	Hb	۹۵	۹۶.۶۷	۲.۹۵	-۰.۵۸	۱.۷۳%	جزئیات
۴	Hct	۳۱	۳۱.۰۹	۵.۶۳	-۰.۰۷	۰.۲۷%	جزئیات
۵	MCV	۹۸.۳	۹۷.۵۴	۵.۸۷	۰.۲۰	۰.۷۸%	جزئیات
۶	MCH	۲۹	۳۰.۲۰	۴.۰۵	-۱.۳۳	۳.۹۸%	جزئیات
۷	MCHC	۳۰۲	۳۱۰.۳۱	۵.۹۵	-۰.۶۷	۲.۶۸%	جزئیات
۸	Plts	۳۹۹	۴۰۲.۸۴	۱۱.۵۲	-۰.۱۰	۰.۹۵%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول